

**BELGE**Belge Mühendislik
Muayene – Teknik Kontrol
Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri

ALAB-T-011

20-BFE-2011-06

12/2020

TS EN ISO/IEC 17025:2017

TEST TARİHİ /
TEST DATE: **30.11-07.12.2020****MÜŞTERİ KURULUŞ**
CLIENT COMPANY **TIBBİ CİHAZ ADI/DEVICE NAME : 3 Katlı Maske**
İMALATÇISI / MANUFACTURE : CFU**CFU ULUSLARARASI DIŞ TİCARET**
VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş
Marka: **Modeli** **Seri No:**
Brand **Model** **Serial No**
U-MASK **3 Katlı Maske** **LOT No:**
Meltblown**Lot Number/s:** Meltblown- 02122020M-1, 02122020M-2, 02122020M-3, 02122020M-4, 02122020M-5

No:	Test Adı: Test Description	Kabul Kriteri Acceptance Criteria	Test Sonucu Test Results	Evet / Hayır Pass / Fail
1.	Bakteriyel filtasyon verimliliği <i>Bacterial filtration efficiency (BFE)</i> ASTM F2101, EN14683	≥% 98	> 99,3%	Evet Pass
2.	Diferansiyel Basınç <i>Differential pressure(Pa/cm²)</i>	<60 Pa/cm ²	34,2 Pa/cm²	Evet Pass
3.	Sıçrama Direnci <i>Splash resistance pressure (kPa)</i>	≥ 16.0 kPa (>120mmHg)	160 mmHg	Evet Pass
4.	Mikrobiyal Temizlik <i>Microbial cleanliness (cfu/g)</i>	≤30 cfu/g	19 cfu/g	Evet Pass
5.	Alev Yayılımı <i>Flammability</i>	Class 1 / 3,5 Seconds	Class 1	Evet Pass

Not / Remark:

Yukarıda açıklaması yapılan ve tanımlı lot numaralı Nonwoven Tıbbi Yüz Maskeleri EN14683:2019'te Türe Göre Test Gereksinimleri ve Performans Gereksinimleri ile ASTM F2100-19 'de Seviye Bariyeri değerlendirilmesi şartları ve standartlarına uygun olarak test edilmiştir. *Nonwoven Medical Facial Masks as described above and defined lot numbered were tested in accordance with the Test Requirements and Performance Requirements by Type and the Level Barrier assessment requirements and standards in EN14683: 2019.*

TEST EDİLEN NONWOVEN TIBBİ YÜZ MASKESİNİN
KABUL KRİTERLERİNİ KARŞILAMA PERFORMANSI

YETERLİ / Pass



YETERSİZ / Failed



Testi Yapan Deney Personeli	Raporu Hazırlayan	Onaylayan Teknik Müdür
İsim – Soyisim / İmza	İsim – Soyisim / İmza	İsim – Soyisim / İmza
Önder KÜCÜKALP 08.12.2020	Önder KÜCÜKALP 08.12.2020	Halil İbrahim SAMANCI 08.12.2020

ney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı maddelerinde ve raporun takip eden sayfalarında verilmiştir. *The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) and confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.*

